CS1 II

Tekniska egenskaper

Användning	Osteotomi			
Bruksanvisning	Osteotomi			
Beskrivning	Tunn insats, med markeringar varannan mm, för ledande osteotomi på ca 8 mm djup			
Typ av insats	Skalpell			
Allergiframkallande faktor	Insats tillverkat av kirurgiskt stål som uppfyller standarden ASTM F899 - 12b Det kirurgiska stålet innehåller: • Nickel • Krom			
Marknadsreferens	CS1 II : F87561			
Medicinsk klass	Denna medicintekniska enhet tillhör klass IIa enligt EU-direktivet 93/42/EEG.			
Inställningar	Generatorer	Maximalt läge	Max. finjustering	Irrigation
	Implant Center II Piezotome II Piezotome Cube Piezotome Solo	Underkäke D2 Käkben D3	1-3	80-100 ml/min

Livslängd

Eftersom det inte är möjligt att fastställa ett högsta antal användningstillfällen, då detta beror på många parametrar som behandlingens längd, vävnadernas hårdhet, tillämpad kraft eller slitage, rekommenderar vi dig att minst en gång per år byta de medicintekniska enheterna som används ofta. Byt ut den medicintekniska enheten om insatsen vibrerar inte med förväntad frekvens, behandlingen utförs inte som vanligt och tar längre tid eller avancerar inte.

Anslutna dokument

Dokumentnamn	Referenser
Konsultation av bruksanvisningen för den elektroniska anordningen	J00007
Protokoll för rengöring, desinficering och sterilisering av insatser	J02008
Klinisk beskrivning Crest Splitting	J57331
Inställningstabell för ultraljudsgeneratorer för munkirurgi	J58010
Allmän anvisning som gäller hela sortimentet av kirurgiska tandinsatser	J87308

Den franska versionen av detta dokument är originaldokumentet.
Referens J01240 version V2 och kartnummer NO50FR290B

Sterilisering

Sterilisera före användning



Du måste desinfektera, rengöra och sterilisera före och efter varje användning. Före användning, följ protokollen för rengöring, desinficering och sterilisering av insatser J02008.



Installation



Demontering



Identifikation av tillverkaren

SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Frankrike
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-post: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

CE 0459
CE Marking

Datum för den första CE-märkningen

2011

Insats | CS1 II | J89240 | (11) | V2 | 09/2017 | NO50SV290B

SATELEC S.A.S. | Ett bolag i ACTEON-koncernen
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANKRIKE
Tfn: +33 (0) 556 34 06 07 | Fax. +33 (0) 556 34 92 92
e-post: satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com

Download
Instructions For Use