TKW3 II

Tekniset tiedot

Suunniteltu käyttötarkoitus	Osteotomia
Käyttöaiheet	Sekundäärinen poraus
Kuvaus	Lieriömäinen timanttipinnoitettu insertti sinuskalvoon johtavan kanavan laajentamiseen
Insertin tyyppi	Timanttipäiset
Allergisoiva tekijä	Standardin ASTM F899 - 12b täyttävästä ruostumattomasta kirurginteräksestä valmistettu insertti Ruostumaton kirurginteräs sisältää: • Nikkeliä • Kromia Timanttiteroituksen puristusliitoksen sideaineen metalliseos sisältää: • Nikkeliä
Myyntinumero	TKW3 II: F87533
Lääketieteellinen luokka	Lääketieteellisen laitteen direktiivin 93/42/ETY mukainen luokitus on II a luokan laite.

Säädöt

Generaattorit	Maksimaalinen tapa	Maksimaalinen hienosäätö	Kostutus
Implant Center II Piezotome II Piezotome Cube Piezotome Solo	D2	3	100 ml/min

Käyttöaika

Koska on mahdotonta määritellä enimmäiskäyttömäärää, joka riippuu useista parametreista, kuten käyttöajasta, kudosten kovuudesta, käytetystä voimasta tai kulumisesta, suosittelemme vaihtamaan säännöllisesti käytettävät lääketieteelliset laitteet uusiin ainakin kerran vuodessa. Vaihda lääketieteellinen laite uuteen, jos insertti ei värähtele odotetulla taajuudella, hoito ei suju tavanomaiseen tapaan ja kestää pitempään tai ei etene.

Oheisdokumentaatio

Asiakirjan nimi	Tuotenumerot
Elektroniikan käyttöohjeiden tarkastelutila	J00007
inserttien puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiprotokollat	J02031
Intralift-tuotekortti	J57321
Suunsisäisen kirurgian ultraäänigeneraattorien tehonsäätötaulukko	J58010
Koko hammaskirurgian inserttivalikoiman yleinen käyttöopas	J87331

Tämä asiakirja on alkuperäisen, ranskan kielellä laaditun asiakirjan käännös.
Versionumero J01130 ja V2 piirustuksen numero NO50FR180B.

Sterilointi

Steriloitava ennen käyttöä



Insertti on desinfioitava, puhdistettava ja steriloitava ennen jokaista käyttökertaa ja joka käyttökerran jälkeen. Katso ennen jokaista käyttökertaa inserttien J02031puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiprotokollat.



Paikalleen asetus



Irrotus



Valmistajan tunnistus

SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Ranska
Puh. +33 (0) 556 34 06 07
Faksi +33 (0) 556 34 92 92
Sähköposti: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

CE 0459
CE Marking

CE-merkinnän ensimmäinen kiinnityspäivä

2009

Insertti | TKW3 II | J89133 | (09) | V2 | 09/2017 | NO50FI180B

SATELEC S.A.S. | A Company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | RANSKA
Puh. +33 (0) 556 34 06 07 | Faksi +33 (0) 556 34 92 92
Sähköposti: satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com

Download
Instructions For Use